

PREFEITURA DE  
**ARAPIRACA****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Ofício SMS/CGL n° 6206/2021

Arapiraca/AL, 03 de novembro de 2021.

Ao Senhor,  
Thiago de Almeida Silva  
Pregoeiro  
Departamento de Pregão

Assunto: Resposta ao Ofício CGL.DP/SMS N.º 215/2021

Senhor,

Segue em anexo o **Parecer Técnico de Avaliação** da Coordenação de Saúde Bucal, cujo objetivo é responder ao ofício CGL.DP/SMS N.º 215/2021 recepcionado da Comissão Geral de Licitações – CGL, que trata dos itens 1 e 2 do Processo N.º 12851/2021.

Atenciosamente,

Luciana Andrea Pereira da Fonsêca  
Secretária Municipal de Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde – SMS



**ARAPIRACA**

UMA CIDADE PARA TODOS

SMS/SG

FLS \_\_\_\_\_  
Rubrica *FR*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **Parecer Técnico de Avaliação**

Conforme solicitado pelo Departamento de Pregões da Comissão Geral de Licitações – CGL, através do ofício CGL.DP/SMS N.º 215/2021, informamos que as 5 (cinco) primeiras empresas que estão concorrendo aos itens 1 e 2, cuja especificação é: Compressor de ar odontológico: Capacidade reservatório: volume interno de no mínimo 30 L; potência de no mínimo 2,0 HP, deslocamento de no mínimo 160 litros de ar por minuto. Características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva; Voltagem: 220v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno para água, componentes adicionais: **caixa acústica**, não obtêm em seus modelos cotados o componente adicional em destaque na descrição supracitada.

Após pesquisa feita por esta Coordenação de Saúde Bucal, apenas o modelo da 6ª (sexta) empresa, **ARZUL COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI – Marca AIRZAP – Modelo DA2000 VFP**, contempla todas as descrições dos itens 1 e 2 deste Registro de Preço.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Arapiraca-AL, 03 de novembro de 2021.

*Fernanda Fonseca Mafra*  
Fernanda Fonseca Mafra  
Coordenação Geral de Saúde Bucal  
Secretaria Municipal de Saúde – SMS