



Ofício SMS/CGL nº 1988/2024

Arapiraca, 26 de fevereiro de 2024.

À Senhora,
Yasmin Oliveira Kummer Souza Rodrigues
Dept. de Pregões/CGL

Assunto: Resposta ao Ofício CGL/DP/SMS Nº 057/2024, referente ao Processo nº 23531/2023.

Em resposta ao Ofício CGL/DP/SMS Nº 057/2024, emitido pelo Departamento de Pregões/CGL deste município, o qual nos solicita um parecer técnico acerca das propostas recebidas referente ao Processo nº 23531/2023, cujo objeto é a Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia e Materiais Médicos e Laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, informamos que após analisarmos as referidas propostas, definimos algumas dessas como incompatíveis com as nossas descrições.

Segue em anexo Parecer técnico com as devidas informações quanto aos itens que não atenderam nossas descrições.

Atenciosamente,


Jackeline Maria Barbosa Almeida
Secretária Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde – SMS



PARECER TÉCNICO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS	ESPECIFICAÇÕES DA SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	DECISÃO
14	Cadeira de banho/higiênica – material confeccionado em aço/ ferro pintado, estrutura fixa.	Cadeira de banho Hidrolight SC100 100KG. Confeccionada em alumínio. Dobrável. Tamanho ajustável.	INCOMPATÍVEL

ITEM	ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS	ESPECIFICAÇÕES DA PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA	DECISÃO
22	Destilador de água. Capacidade de 3 a 5 litros/hora	Destilador de água com velocidade de destilação de 1 litro por hora.	INCOMPATÍVEL

ITEM	ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS	ESPECIFICAÇÕES DA FISIOMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	DECISÃO
27	Espaldar em Madeira	Espaldar construído em aço carbono com acabamento esmaltado branco.	INCOMPATÍVEL
31	Exercitador de Pés e Tornozelo – Deverá ser construído em alumínio fundido	Exercitador de Pés e Tornozelo construído em sapatilha de ferro.	INCOMPATÍVEL
40	Rampa para Alongamento. Dimensões aproximadas (AxLxB) 20x30x40 cm	Rampa para Alongamento.	Sem dimensões do produto
45	Tábua de Tríceps – revestimento em MDF com piso antiderrapante.	Tábua de Tríceps – parte funcional com borracha anti-derrapante.	INCOMPATÍVEL

(Handwritten signature)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS	ESPECIFICAÇÕES DA ISP SAÚDE - ABC	DECISÃO
36	Mesa Ortostática. Deve acompanhar 01 jogo de faixas para fixação do paciente, 01 apoio estofado de cabeça, 01 apoio estofado de tronco, 01 apoio estofado de quadril, 01 par de bloqueadores para joelhos e mesa removível de atividades, todos com regulagem de altura e ou largura.	Mesa Ortostática. Sem os acompanhamentos.	INCOMPATÍVEL


Jackeline Maria Barbosa Almeida
Secretária Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde – SMS