



RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO APRESENTADO POR XTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 06.347.171/0001-78.

Processo nº 23529/2023

Pregão Eletrônico nº 081/2023

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Equipamentos Ambulatoriais e Cirúrgico para a Secretaria Municipal de Saúde.

## 1 – DOS FATOS

Trata o presente expediente de Esclarecimento do instrumento convocatório do processo em epígrafe, no qual foi identificado Divergência entre o anexo 1 - Termo de Referência e o anexo 2 - modelo de proposta – “quantidade de equipamentos”.

## 2 – DO RECEBIMENTO DO ESCLARECIMENTO

O esclarecimento foi recebido por esta Pregoeira, tempestivamente.

Informo que ocorreu um erro de digitação nos quantitativos dos itens 09 e 35 do termo de referência constante no anexo I do edital, contudo no cadastro dos itens no sistema comprasnet as quantidades estão corretas, desta forma não havendo prejuízo para seguimento do pregão eletrônico nº 081/2023.

Para formulação da proposta da empresa para participação no presente processo deverá se ater aos quantitativos cadastrados no sistema comprasnet.

Ademais, no termo de referência constante no anexo I para os itens 09 e 35, **ONDE LÊ-SE:**

09	COTA PRINCIPAL - Cardioversor – tipo bifásico, comando nas pás ajuste, carga e disparo, não possui pás internas, memória de ECG, impressora, módulo DEA, alimentação por bateria, não possui marcapasso transcutâneo, não possui oximetria por bateria.	Und	10	SMS
35	COTA PRINCIPAL - Monitor Multiparâmetros – tamanho do monitor de 10” a 12” (polegadas), pré configurado, possui suporte para monitor; Possui 05 parâmetros básicos: ECG, RESP., SPO2, PNI, TEMP.	Und	13	SMS

### LEIA-SE:

09	COTA PRINCIPAL - Cardioversor – tipo bifásico, comando nas pás ajuste, carga e disparo, não possui pás internas, memória de ECG, impressora, módulo DEA, alimentação por bateria, não possui marcapasso transcutâneo, não possui oximetria por bateria.	Und	08	SMS
35	COTA PRINCIPAL - Monitor Multiparâmetros – tamanho do monitor de 10” a 12” (polegadas), pré configurado, possui suporte para monitor; Possui 05 parâmetros básicos: ECG, RESP., SPO2, PNI, TEMP.	Und	10	SMS



Por fim, verifico que as disposições editalícias estão em perfeita conformidade com o disposto na legislação vigente, mantendo, sobretudo, os objetivos pretendidos pela Administração Pública, consistente na maior quantidade de participantes na licitação e, conseqüentemente, na contratação mais vantajosa.

Arapiraca, 17 de janeiro de 2024

  
Yasmin Oliveira Kummer Souza Rodrigues  
Pregoeira