



Ofício SMS/CGL/DP N° 2660/2024

Arapiraca/AL, 03 de abril de 2024.

À Senhora
Yasmin Oliveira Kummer Souza Rodrigues
Pregoeira
Coordenadoria Geral de Licitações – CGL

Assunto: Resposta ao Ofício CGL/DP/SMS n° 089/2024 quanto à análise técnica dos itens 06,09,29 e 53 referentes ao Pregão Eletrônico n° 081/2023.

Em resposta ao Ofício n° CGL/DP/SMS n° 089/2024, referente ao Processo n° 23529/2023, que tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Equipamentos Ambulatoriais para Secretaria Municipal de Saúde, quanto à análise dos itens 06,09, 29 e 53.

Após análise dos recursos verificou-se que:

O Item 06 – Cadeira Elétrica, arrematado pela empresa GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 11.050.321/0001-17, não está de acordo com o que consta do Termo de Referência. O produto da marca GIGANTE PRODUTOS MEDICOS, Cadeira Oftalmo / Otorrino Expression CE-9000-X Item 301, possui sistema de elevação do assento e encosto do tórax totalmente automático, através do teclado de simples toque, divergindo do que fora solicitado do Termo de Referência, onde requer acionamento por pedal e base com pés reguláveis para ajustes ao chão.

Com relação ao Item 09 – Cardioversor, a empresa INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ n° 90.909.632/0001-10, classificada para o mencionado Item, em seu produto da marca INSTRAMED/CARDIOMAX consta a função Marcapasso, todavia difere da especificação do Termo de Referência. O equipamento em questão, não deve apresentar a função marcapasso transcutâneo.

Em análise ao Item 29 – Impedânciometro, arrematado pela empresa AUDISERVICE ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 00.497.262/0001-03, observou-se que as especificações do equipamento ofertado pela referida empresa, marca INTERACOUSTICS, modelo AT235H, estão de acordo com o que consta do edital. O que torna a empresa classificada por cumprir com os requisitos mencionados no TR.

Informamos ainda, que o mesmo serve para o Item 53 – Impedânciometro, cota reservada do Item 29. O produto da marca INTERACOUSTICS, modelo AT235H, ofertado pela empresa AUDISERVICE ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA, está de acordo com as especificações exigidas no edital, tornando a empresa AUDIOSERVICE ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA classificada para o certame.




ARAPIRACA
UMA CIDADE PARA TODOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,


Jackeline Maria Barbosa Almeida
Secretária Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde – SMS